

Nový firmware pre sériu MI 3360 (normy EN 50678 a EN 50699)

Na základe požiadaviek noriem EN 50678 a EN 50699 bol vyvinutý nový firmvér pre testery série MI 3360.

V prístrojoch tým pribudli nové funkcie:

- Rozšírené merania unikajúcich prúdov:
 - Náhradný unikajúci prúd
 - Prúd unikajúci PE vodičom / Rozdielový unikajúci prúd
 - Dotykový unikajúci prúd
 - Unikajúci prúd zariadenia
 - Prúd unikajúci z príložných častí
 - Únik pacientom (v súlade s IEC 60601).
 - Dotykový unikajúci prúd (medicínsky)
 - Úniky a napájanie
- Pridanie nových jedinečných meracích funkcií na meranie unikajúceho prúdu produkovaného na plávajúcich vstupoch (v súlade s EN 50678 a EN 50699):
 - Dotykový únik + náhradný únik ($I_{tou}+I_{fi}$)
 - Únik PE + náhradný únik ($I_{pe}+I_{fi}$ / $I_{diff}+I_{fi}$)
- Pridané nové vizuálne a funkčné kontroly (v súlade s EN 50678 a EN 50699)
- Aktualizované skúšobné sekvencie (v súlade s EN 50678 a EN 50699)
- Pridanie parametra pre záznam za podmienky jednej poruchy (SFC)
- Podpora vlastných zoznamov v organizácii pamäte
- Vylepšená funkcia vyhľadávania v ponuke AutoSequence